

Đồng Nai, ngày 10 tháng 02 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp máy móc, thiết bị y tế

Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm Máy vật lý trị liệu đa năng, Máy châm cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành - Khu Phước Hải, TT Long Thành, Long Thành, Đồng Nai

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông Nguyễn Văn Quý – Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

Điện thoại: 0933 604 393

Email: Bsvanquy1702@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Ghi rõ cách tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành Khu Phước Hải, TT Long Thành, Long Thành, Đồng Nai.

- Nhận qua email: khth.bvlt@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h ngày 11 tháng 02 năm 2025 đến trước 16h ngày 21 tháng 02 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 21 tháng 02 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

ST T	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	ĐV T
1	Máy vật lý trị liệu đa năng	YÊU CẦU CHUNG Máy mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 hoặc tương đương + Nguồn điện sử dụng: $100 - 240V \pm 10\%$, 50/60 Hz CẤU HÌNH CUNG CẤP Máy chính và phụ kiện chuẩn đi kèm(01 máy), bao gồm: - 1 Máy chủ: - 1 Dây nguồn - 1 Dải hiệu ứng (tắm nhiệt) - 1 Túi giữ sạch - 1 Dải giữ nhiệt - 1 Thuốc thảo mộc - 1 Tay hiệu ứng ion âm - 1 Bút thử điện - 1 Bộ: Dây điện cực + 2 tấm điện cực dẻo (dây xung khuy bấm và 1 cặp xung dán cánh bướm) - 1 Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Việt YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG - 01 kênh xung (kết nối ra 2 miếng dán xung điện) - 01 kênh nhiệt (kết nối với đai nhiệt thảo mộc) - 01 kênh i-on. Máy trị liệu đa năng tích hợp 3 chức năng Điện Xung, Nhiệt nóng thấm thấu thảo dược và Ion tĩnh điện, hỗ trợ điều trị các bệnh đau cơ xương khớp, cột sống; phục hồi chức năng sau chấn thương, sau đột quỵ; kích thích sự phát triển của tế bào, kích thích cơ, hệ thần kinh, thúc đẩy sự tuần hoàn máu. Thông số kỹ thuật - Dạng điện áp đốt nhiệt hồng ngoại: dao động hình sin, điều biến thời gian, tần số 50 Hz, tần số lặp 1 Hz, biên độ điện áp hiệu dụng 34V_{eff}. - Dạng xung trị liệu: Xung hình vuông, dải tần số 15V_{pp} đến 100V_{pp} có đảo cực, độ rộng xung biến đổi tự động giữa 70μs và 90μs.	2	Máy

Số 1, Lý Thái Tổ, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: (02513)546434, Fax: (02513)546434, Email: benhvienlongthanh.dn@gmail.com.

ST T	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	ĐV T
		- Điện áp đầu ra cân bằng ion: -350V đến (-120 V). - Trở kháng ra cân bằng ion: >2M. - Đặt thời gian điều trị: 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 (phút)..		
2	Máy châm cứu	YÊU CẦU CHUNG - Máy mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau - Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 hoặc tương đương + Nguồn điện sử dụng: 100 – 240V ± 10%, 50/60 Hz CẤU HÌNH CUNG CẤP Máy chính và phụ kiện chuẩn đi kèm theo (01 máy), bao gồm: - Máy chính: 01 cái - Adapter nguồn cho máy: 01 cái - Dây nối điện cực PAD (miếng dán): 02 Dây - Dây nối máy điện châm chui tròn: 06 Dây - Miếng dán màu trắng: 01 bộ - Miếng dán màu đen: 01 bộ - Bút dò huyết: 01 cái 1 Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Việt YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG - Phụ trợ dò tìm huyết trên cơ thể người. - Điều trị bằng điện xung với điện cực dán. - Điều trị kết hợp với châm cứu bằng kim châm thông thường. - Cường độ xung, tần số xung, có thể điều chỉnh dễ dàng. - Có thể định thời gian trị liệu. - Có 5 dạng xung (ứng với các công dụng trị liệu khác nhau) để lựa chọn. - Số kênh: có 6 kênh, kích thích 12 huyết cùng lúc - Máy có thể sử dụng để thay thế những phương pháp châm cứu thông thường và xoa bóp bằng tay. Máy có khả năng làm giãn mạch, tăng tuần hoàn máu cho cơ thể, giảm đau, co thắt và tăng sức đề kháng cho cơ thể. Thông số kỹ thuật - Độ nhạy thăm dò huyết:	5	Máy

Số 1, Lý Thái Tổ, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: (02513)546434, Fax: (02513)546434, Email: benhvienlongthanh.dn@gmail.com.

ST T	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	ĐV T
		Điện trở R (ΔR) 20k $\square$ ~500k $\square$ -20k $\square$ 510k $\square$ ~1M $\square$ -50k $\square$ - Công suất ngõ vào: <20VA + 15% - Tần số xung: 1.2 ~ 55Hz - Độ rộng xung: 0.6 $\pm$ 0.15 ms - Phạm vi thời gian: 0~60 phút $\pm$ 10% - Tiêu chuẩn an toàn: Loại II-BF - Nhiệt độ: 5 – 400C - Độ ẩm: $\leq$ 80% - Áp suất khí quyển: 500 – 1060 hpa		

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 60 ngày.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 90 ngày nghiệm thu hàng hóa, và các chứng từ thanh toán hợp lệ.

5. Các thông tin khác (nếu có).

- Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao
- Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành: 6 tháng/ lần;

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Website BVLTT;
- Lưu: VT-KHHTH/TBYT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đình Hùng

Số 1, Lý Thái Tổ, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: (02513)546434, Fax: (02513)546434, Email: benhvienlongthanh.dn@gmail.com.



BIỂU MẪU BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Mua sắm Máy vật lý trị liệu đa năng, Máy châm cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành năm 2025 như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1	Máy vật lý trị liệu đa năng									
2	Máy châm cứu									

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày 21 tháng 02 năm 2025

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Số 1, Lý Thái Tổ, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: (02513)546434, Fax: (02513)546434, Email: benhvienlongthanh.dn@gmail.com.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp⁽²⁾
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.