

Đồng Nai, ngày 06 tháng 6 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống xử lý nước RO tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Bảo trì định kỳ Hệ thống xử lý nước RO phục vụ hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành - Khu Phước Hải, TT Long Thành, Long Thành, Đồng Nai

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông Nguyễn Văn Quý – Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

Điện thoại: 0933 604 393

Email: Bsvanquy1702@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Ghi rõ cách tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành Khu Phước Hải, TT Long Thành, Long Thành, Đồng Nai.

- Nhận qua email: khth.bvlt@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h ngày 07 tháng 6 năm 2024 đến trước 16h ngày 17 tháng 6 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 17 tháng 6 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

ST T	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ(*)	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dịch vụ bảo trì hệ thống xử lý nước R.O	Theo phụ lục đính kèm: Danh mục dịch vụ bảo trì hệ thống xử lý nước R.O	1	Gói	Đơn vị lọc thận - Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành	Thời gian thực hiện dịch vụ: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Website BVLT;
- Lưu: VT-KHTH/TBYT.

**PHỤ TRÁCH BỆNH VIỆN
PHÓ GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN VĂN CAO

PHỤ LỤC
DANH MỤC DỊCH VỤ BẢO TRÌ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC R.O

I. Thông tin thiết bị

- Thiết bị: Hệ thống xử lý nước RO
- Model: NAS/WTS-RO-HD1000
- Hãng sản xuất: Công ty TNHH TM - DV - KT Nhật An Sinh
- Nước sản xuất: Việt Nam
- Đơn vị sử dụng: Đơn vị lọc thận – Bệnh viện ĐKKV Long Thành
- Năm đưa vào sử dụng: 2017

II. Mô tả dịch vụ

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SL
1	<p>Kiểm tra bảo trì hệ thống R.O định kỳ 03 tháng/ lần</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra tại chỗ bằng thiết bị đo cầm tay các chỉ tiêu (<i>hàm lượng chlorine, tổng chất rắn hòa tan TDS, độ dẫn điện EC, độ cứng Canxi và Magie</i>) tại các vị trí: <ul style="list-style-type: none"> + Nước nguồn đầu vào hệ thống + Nước mềm sau cụm thiết bị tiền xử lý + Nước thành phẩm sau máy R.O + Nước R.O hồi lưu trên đường ống cấp qua phòng chạy thận - Kiểm tra, bảo trì thiết bị của hệ thống R.O - Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật bị sai lệch trên toàn bộ thiết bị - Sửa chữa khắc phục các hư hỏng nhỏ 	Lần	04
2	<p>Tẩy rửa khử khuẩn định kỳ 03 tháng/ lần</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy trình áp dụng: Quyết định 2482/QĐ-BYT ngày 13/4/2018 của Bộ Y tế - Xả rửa bồn chứa nước thô - Tẩy rửa khử khuẩn bồn chứa nước R.O - Tẩy rửa khử khuẩn hệ thống đường ống cấp nước R.O - Hóa chất sử dụng Clean. Pro B-1 (dùng trong tẩy rửa thực phẩm): thành phần là nước Javel (Sodium Hypochlorite NaClO 5-6%, nồng độ pha loãng 0.2%) - Thiết bị kiểm tra: Máy đo hàm lượng Chlorine 2 trong 	Lần	04

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SL
	1 (đo hàm lượng Chlorine dư và hàm lượng Chlorine tổng): Model HI 96711 hoặc HI 97711, hãng sản xuất Hanna Instruments (Ý), sản xuất tại Romania, tiêu chuẩn CE ; ISO 9001:2008		
3	Thay lõi lọc phân tử 5 micron định kỳ 03 tháng/lần - Lõi lọc polypropylene dạng sợi nén - Kích thước lỗ thấm 5 micron - Kích thước lõi lọc: Φ 62mm, dài 508mm - Xuất xứ: Hàn Quốc - Số lượng lõi lọc: 03 cái/ lần	Lần	04
4	Thay lõi lọc vi sinh 0.2 micron định kỳ 03 tháng 01 lần - Lõi lọc polypropylene dạng xếp trong khung nhựa PP - Kích thước lỗ thấm 0.2 micron - Kích thước lõi lọc: Φ 68mm, dài 508mm - Xuất xứ: Hàn Quốc - Số lượng: 05 cái/ lần	Lần	04

**BIỂU MẪU
BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của **Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành**, chúng tôi ... [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Bảo trì định kỳ Hệ thống xử lý nước RO phục vụ hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành như sau:

1. Báo giá Bảo trì định kỳ Hệ thống xử lý nước RO phục vụ hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành.

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
1	Dịch vụ bảo trì hệ thống xử lý nước R.O	Theo phụ lục đính kèm: Danh mục dịch vụ bảo trì hệ thống xử lý nước R.O	1	Gói		
Tổng cộng:						

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày 17 tháng 6 năm 2024

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp⁽²⁾
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

