

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU
VỰC LONG THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long Thành, ngày 18 tháng 03 năm 2024

Số: 111/TB-BV

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành có nhu cầu trang bị mới Hệ thống RO sản xuất nước cấp cho máy hấp tiệt trùng tích hợp bộ sinh hơi phục vụ lắp đặt thiết bị của Hợp đồng số 01/2023/SYTĐN-BH ngày 11/08/2023 tại Bệnh viện.

I. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành, Địa chỉ: Khu Phước Hải, TT Long Thành, Long Thành, Đồng Nai.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Văn Quý – Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, số điện thoại 0933 604 393 email: Bsvanquy1702@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - + Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành Khu Phước Hải, TT Long Thành, Long Thành, Đồng Nai.
 - + Nhận qua email: khth.bvlt@gmail.com
 - + Thời gian tiếp nhận báo giá: từ 7h ngày 19 tháng 03 năm 2024. Đến trước 16h 30 phút ngày 29 tháng 03 năm 2024.
 - + Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
 - Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

STT	TÊN THIẾT BỊ	ĐVT	SL
1	Hệ thống R.O sản xuất nước cấp cho nồi hấp <ul style="list-style-type: none">- Công suất nước thành phẩm ≥ 150 lít/giờ- Xuất xứ: VIỆT NAM- Chất lượng: máy mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau- Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015- Hệ thống quản lý chất lượng thiết bị Y Tế ISO 13485: 2016- Nguồn điện sử dụng: 220VAC – 240VAC, 50 Hz	Hệ thống	01

Số 1, Lý Thái Tổ, khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
ĐT: (02513)546434, Fax: (02513)546434, Email: benhvienlongthanh.dn@gmail.com

<ul style="list-style-type: none"> - Môi trường hoạt động: <ul style="list-style-type: none"> + Nhiệt độ: 5 - 40°C + Độ ẩm: 40 – 80%. - Xử lý trực tiếp từ nguồn nước máy cho ra chất lượng nước thành phẩm đạt tiêu chuẩn $\leq 15\mu\text{S}/\text{cm}$ - Cấp nước tự động theo tín hiệu lấy nước của máy hấp với áp suất ≥ 3 bar - Cấp nước cho bồn rửa dụng cụ với chất lượng nước R.O tiết trùng khối lượng ≥ 100 lít/ngày - Hút nước trực tiếp từ bồn chứa, không cần áp lực đầu vào - Chức năng tự dừng và báo động khi cạn nước đầu hút - Chức năng đọc và kiểm soát chất lượng nước thành phẩm - Chức năng tự động cấp nước hai trong một đủ áp lực cho máy hấp và bồn rửa - Chức năng diệt khuẩn bằng đèn cực tím và lọc khí cân bằng áp thông qua lõi lọc vi sinh 0.2micron 		
---	--	--

- Phương án cấp mới, giấy ủy quyền của hãng (nếu có)
- Đơn giá đã bao gồm toàn bộ chi phí hàng hóa và dịch vụ: cung cấp, lắp đặt, vận hành hoàn chỉnh, tập huấn chuyển giao công nghệ tại Bệnh viện
- Thời gian bảo hành toàn bộ hệ thống thiết bị sau khi lắp đặt nghiệm thu là 12 tháng
- Cam kết xử lý kỹ thuật trong thời gian 24 giờ kể từ khi nhận được thông tin về sự cố.
- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. *jjc*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT-KHTH/TBYT



GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN HAI